



Сертификат о калибровке Calibration Certificate

№ 08-0001

Дата 08.12.2008
Date

Тип Динамометрический ключ, щелчкового типа
Tool Torque Wrench, Click Type

Модель TQR100B
Model

Серийный № 1668
Serial no

Производитель Snap-on International LLC
Manufacture

Предел измерения 20-100 ft. ld
Measuring range

Допустимая погрешность ± 4%
Tolerance

Температура 23° C
Temperature

Проверочное оборудование TBT600A Snap-on
Test equipment

Заказчик
Customer

Исполнитель АПС-Техник
Executor APS-Technic

Методика калибровки ГОСТ Р 51254-99 (ИСО 6789-92)
Test method ISO 6789:2003

Калибровочные значения Calibration values

Заданная величина Preset values	20 ft. lb	20%	60 ft. lb	60%	100 ft. lb	100%
Значение по шкале Scale readings	20 ft. lb	20%	60 ft. lb	60%	100 ft. lb	100%

	Значение	Откло нение	%	Значение	Отклон ение	%	Значение	Откло нение	%
	Act.val	Deviation		Act.val	Deviation		Act.val	Deviation	
По часовой стрелке Clockwise torque	20,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Значени е	Откло нение	%	Значени е	Откло нение	%	Значени е	Откл онени е	%
Против часовой стрелки counterclockwise torque	Act.val	Deviation		Act.val	Deviation		Act.val	Deviation	
	20,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Результат: Динамометрический ключ соответствует ГОСТ Р 51254-99 (ИСО 6789-92).

Result: This torque wrench is certified to meet the accuracy in specifications: ASME B107.14:2004 and ISO 6789:2003. Additionally all wrenches are calibrated on a torque standard traceable to the National Institute of Standards Technology (NIST).

Исполнитель
Tester

Руководитель лаборатории
Head of laboratory

